

2025年江西省、河南省、湖北省、湖南省四省联合 建筑材料放射性能力验证项目结果通知单

检验检测机构名称：湖北东锦工程质量检测有限公司

(机构编号：169 ， 样品编号：90)

贵单位在参加由江西省、河南省、湖北省、湖南省市场监督管理局联合举办的2025年建筑材料放射性能力验证活动中，所报送的检测数据及能力评价结果见下表：

检测项目	检测结果	Z 比分数	评价结果
镭比活度 C_{Ra} (Bq/kg)	71.8	1.0	满意
钍比活度 C_{Th} (Bq/kg)	49.6	0.2	满意
钾比活度 C_K (Bq/kg)	208.1	1.1	满意
内照射指数 I_{Ra}	0.36	0.7	满意
外照射指数 I_r	0.43	0.7	满意

注： $|Z| \leq 2$ 为满意结果； $2 < |Z| < 3$ 为有问题结果； $|Z| \geq 3$ 为不满意结果。

项目承担单位：江西省检验检测认证总院

工业产品检验检测院

日期：2025年8月25日

